OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

	NN-1786B	Fecha inicio	01/08/2022 2:50	Fecha fin	01/08/2022 4:22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAR	FILTROS		CÓDIGO DE SALIDAS		BUENAS	OBSERVACIONES
98976.2	91.8	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Mnto Preventivo

1. SECADO	Tiempo de la prueba	1h 30		X		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Bueno X
5. PARTES IDENTIFICADAS						
6. ESTADO DE LOS COMPONENTES	Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno X	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1			5V
2			OK
3			OK
4			OK
5			Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1			E5
2			LO
3			OK
4			OK
5			OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAR	FILTROS		CÓDIGO DE SALIDAS		BUENAS	OBSERVACIONES
98986.1	93.0	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si		