ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1271B	Fecha Inicio	29/07/22 2:55	Fecha Fin	29/07/22 4:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO		CANTIDAD			
	X		Protector Display (uso)	1		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	ESTADO DE CARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	Flujo o F							
met	60	93.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Mtto Preventivo

1. OCLAVE		X
2. RUIDO EXTRAÑO	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS: X	4. SISTEMA DE ...: X
5. DAÑOS ...		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos	7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno X

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1		Verifica voltaje de la pila	SV
2			OF
3			OF
4			OF
5	Prueba de alarmas		Fuerto
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1			ES
2			LO
3			OF
4			OF
5			OF
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	ESTADO DE CARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	Flujo o F							
met	60	93.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		FIRMA MANTENIMIENTO