ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha: 4/8/22 | Número: 165111 | Técnico: MPatino

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3289B | Fecha Inicio: 4/8/22 2:17 | Fecha Fin: 4/8/22 3:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

ESTADO	CLASE	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Nº REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Kit de mangueras Filtro externo lateral			

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

Nº Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	PRUEBAS DE ALARMA: Hora	PRUEBAS DE ALARMA: Hora 2°	BURBUJAS	FILTROS	BAJAS	CÓDIGO DE FALLAS: Activo	CÓDIGO DE FALLAS: Inactivo	Nº REGAS	OBSERVACIONES
	Hrs	L/min - RPM	cm³/ - cm³/	m³/hr	Descripción	Hora	Hora 2°	Nº Veces	Nº Veces	Nº Veces	Activo	Inactivo	Nº Veces	
1488762930	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI				MTTO CORRECTIVO.

1. CICLADO: Tiempo de ciclado: | Unidad ciclado: | Nº | Cant
2. AUDIO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANEJO RAE: Bueno [X] Malo [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LOS CONCENTRADORES: Buenos | 7. CONTROL DE CONDENSADOS: Bueno | SI | Fuente suministro agua:

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Inicial	Verifica voltaje de la pila	SI OK OK OK FUENTE
2	Prueba de Caudal	Se verifica caudal mínimo de operación	
3	Prueba Presión	Se verifica que concentrado mantenga presión de trabajo	
4	Prueba Flujómetro	Se verifica que concentrado mantenga flujo de trabajo	
5	Prueba de alarma	Se verifica alarma de encendido y bomba	
6	Otras		
7	Otras		

Observación del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS DE CALIDAD PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CAMPO Y TALLER

No.	Prueba - Instrumento	Descripción	Resultado
1	Flujo Caudal	Se verifica caudal de salida (L/min, cm³/min)	SI OK OK OK
2	Flujo Aparato	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y sonido)	
3	Presión de trabajo	Se verifica presión de trabajo	
4	Concentración de Oxígeno	Se verifica concentración de oxígeno	
5	Verificación de Alarmas	Se verifica funcionamiento de alarmas de concentrador	
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

PARÁMETROS DE SALIDA

Nº Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	PRUEBAS DE ALARMA: Hora	PRUEBAS DE ALARMA: Hora 2°	BURBUJAS	FILTROS	BAJAS	CÓDIGO DE FALLAS: Activo	CÓDIGO DE FALLAS: Inactivo	Nº REGAS	OBSERVACIONES
	Hrs	L/min - RPM	cm³/ - cm³/	m³/hr	Descripción	Hora	Hora 2°	Nº Veces	Nº Veces	Nº Veces	Activo	Inactivo	Nº Veces	
1488650917	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI				Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño