ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAC-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	10/8/22	Remisión #	165526	Auxiliar Mantenimiento	MARTINO.	No. Orden	

Codigo Equipo	AN-204B	Fecha Inicio	11/8/22 8:05	Fecha Fin	11/8/22 3:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			Base				SI		No			
							SI		No			
							SI		No			
							SI		No			
							SI		No			
							SI		No			
							SI		No			

En Mantenimiento	HOMETRO	PRESIÓN	CODIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			NIVELES	PILOTOS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Prueba a 0"							
	(Hrs)	(0-7 PSI)	(MIN - MAX)	(0-4in)	(0-4in)	(0-4in)	(LED)	(0 - 4in)	(0 - 4in)	(0 - 4in)	(0 - 4in)	(0 - 4in)	(0 - 4in)	
	1403	63	915	Si	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Genera Alarma	No	X	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	5. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	6. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
8. DAÑOS IDENTIFICADOS										
9. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el es agudo o fuerte	Fuerte.
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - EB)	SI
2	Pulsi Maxima	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y LL-LB-EB)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión sensor de flujo	Desconecte linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	SI
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOMETRO	PRESIÓN	CODIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			NIVELES	PILOTOS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Prueba a 0"							
	(Hrs)	(0-7 PSI)	(MIN - MAX)	(0-4in)	(0-4in)	(0-4in)	(LED)	(0 - 4in)	(0 - 4in)	(0 - 4in)	(0 - 4in)	(0 - 4in)	(0 - 4in)	
	1436	91.2	61	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Mantenimiento