



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAG-MAN-PR-008
Version: 1
Fecha Actualización: 22/02/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Revisión #: Auxiliar Mantenimiento: **MARTINO** No. Orden:

Código Equipo: **NN_9104B** Fecha Inicio: **10/8/22 0:30** Fecha Fin: **10/8/22 12:30**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLADA		S	NO	FECHA INICIO ABLANQUEO	FECHA FIN ABLANQUEO
kit de mangueras					

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCRIPCIÓN	PIA	"PIA a 5"				01-01	02-01	03-01			04-01
	21462	923	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto cancelado	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó alarma			No	X	SI			Call?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Y	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Mal
6. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno	SI	Cari Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	FLUJAR
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del Daño/Defecto Identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 3 (Cierre Fugaman)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - B3)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (L1-L2-B3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Clasificar manguera de salida de aire de sorpresas	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCRIPCIÓN	PIA	"PIA a 5"				01-01	02-01	03-01		
	21462	933	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AProbado Martino