OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	4/8/22	Remisión #	KS111	Auxiliar Mantenimiento	M Patino	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-1/13B	Fecha Inicio	5/8/22	Fecha Fin			

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA									
			Kit de mangueras			Si		No	
			interruptor			Si		No	
			Filtro de aire.			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (0-4Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4Hz)	Pila (0-4Hz)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CÓDIGO DE ALARMAS	[illegible]	RUEDAS	OBSERVACIONES
	8784	63	96.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mtto correctivo.

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno / Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	Se limpio compresor

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
	Tarjeta Principal.				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (0-4Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4Hz)	Pila (0-4Hz)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OBSERVACIONES
	8784	66	91.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Reparación de compresor

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino