



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SAC-1631-FR-005
Version: 1 Fecha Actualización: 02/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 12/18/22 Remisión a: 165546 Auxiliar Mantenimiento: M. Patiño No. Orden:

Código Equipo: NW-12800B Fecha Inicio: 12/18/22 11:00 Fecha Fin: 12/18/22 1:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Base.					

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	RELEVO	MARE	CODIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Paja a 2"				BARR	BARR	BARR		
					SI-NO	SI-NO	SI-NO				SI-NO	SI-NO	SI-NO		
20363	03	03	03	03	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO conectivo
1. DICLADO		Tiempo de la prueba		3h.	Genera Alarma		No	X	SI	Cuel?					
2. RUEDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mto	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobretalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Activación	Descripción	Resultado
1	Paja # 0 (Carga Sujinam)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	OK
2	Paja Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED amarillo y (L1-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de flujo	Observar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	RELEVO	MARE	CODIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Paja a 2"				BARR	BARR	BARR		
					SI-NO	SI-NO	SI-NO				SI-NO	SI-NO	SI-NO		
20362	95	95	95	95	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Manda Patiño
FIRMA MANTENIMIENTO															