OXIPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	16/8/22	Remisión #	165900	Auxiliar Mantenimiento	M Patiño	No. Orden	

Código Equipo	DM2107 19321	Fecha Inicio	16/8/22 12:10	Fecha Fin	16/8/22 2:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo ≤ 0"	VÁLVULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	52	7	96.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mtto Preventivo

1. OXILADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No	X	Si		Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 8.8. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	"
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	"
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	"
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Si
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	"
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	"
4	Desconexión salida de flujo	Desconecta línea eléctrica	"
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	"
6	Otros:		
6	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo ≤ 0"	VÁLVULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	55	7	96.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Marcela Patiño