ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAO-MAN-PR-006
Versión: 1 Fecha actualización: 29/03/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13/8/22 | Remisión #: 165830 | Auxiliar Mantenimiento: Manuel Patiño | No. Orden:

Código Equipo: NN-18458 | Fecha Inicio: 16/8/22 12:30 | Fecha Fin: 6/8/22 3:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI / NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

			4+ de mangueras			SI		No		
						SI		No		
						SI		No		
						SI		No		
						SI		No		
						SI		No		
						SI		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3 - 7 PSI)	CAUDAL (GPH - MPH)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Flujo (SI-No)	"Flujo a 0" (CLASE)	SENSORES: FLUJO (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BANDA (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (SI - NO)	BANDA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	18514	66	945	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobamiento Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 3h | Generó Alarma: No X | SI | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno SI | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.3 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3 - 7 PSI)	CAUDAL (GPH - MPH)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Flujo (SI-No)	"Flujo a 0" (CLASE)	SENSORES: FLUJO (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BANDA (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (SI - NO)	BANDA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	18516	62	954	SI	SI	S	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuel Patiño