

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: SACMMP-028 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2019 Página 1 de 2	
Fecha Revisión: 17/02/22	Revisión #: 1659197	Asesor Mantenimiento: M. Platino				No. Orden: _____	
Código Equipo: NN-322125		Fecha Inicial: 17/02/2020		Fecha Fin: 17/02/2022		10.17	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAZA:		SI	NO	FECHA INICIO ASLAMIENTO:		FECHA FIN ASLAMIENTO:	
Filtro externo lateral/usa/						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGASEO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión		Pila		"Fuga a F"						
					SI	NO	SI	NO	SI	NO					
	935	63	433	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	Mtto Preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba: 2h17		Genera Alarma: No		X		SI		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	X		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	51		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK OK OK OK OK OK OK tiene
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a F (Cerrar Flujo/Mano)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	OK OK OK OK OK OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-E2)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión sensor de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alta	Chisporroteo/trampaca de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGASEO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Fuga a F"				
					SI	NO	SI	NO	SI	NO			
	937	6094.7	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	AProbado
FIN DE MANTENIMIENTO												Manuela Platino	