

OXPT		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMA 10	
Fecha Servicio: 11/01/22		Remedio # 165446		Auxiliar Mantenimiento: MARTINO		Código: SAC/MAINT/005	
Código Equipo: NN-333SB		Fecha Inic: 10/01/22		Fecha Fin: 12/01/22		Versión: 1	
						Fecha Actualización: 01/02/19	
						Página 1 de 2	
						No. Orden	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLADA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Art de mangueras Filtro de aire #HO externo lateral (50)		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		
		SI	NO		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	TEMPERATURA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	TEMPERATURA	MANGUERA	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCRIPCION	PIE	"PIE a 2"						
													MHO CORRECTO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Detent. Alarma		No	SI					
2. RUJIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Malo
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES													
buenas													
6. CONTROL DE TEMPERATURA													
Buena SI													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Senso Pta 4.5 V	Verificar voltaje de la pila	BUENA CORRECTO
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otras		
7	Otras		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CAUSA	CODIGO	DESCRIPCION	CAUSA
	tarjeta de #190				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Puls + 0 (Carga fugitiva)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	BUENA CORRECTO
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED amarillo y (L1-L2-E2))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Afectación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	TEMPERATURA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	TEMPERATURA	MANGUERA	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCRIPCION	PIE	"PIE a 2"						
													Aprobado Manuel Pineda
PARA MANTENIMIENTO													