OXiPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: SAC-MAN-FR-006
		Versión: 1 — Fecha Actualización: 05/06/2019
		Página 1 de 2

Fecha Remisión	18/8/22	Remisión #	166091	Auxiliar Mantenimiento	M Patino	No. Orden	

Código Equipo	NN-24T3B	Fecha Inicio	19/8/22 10:00	Fecha Fin	19/8/22 2:00

EQUIPO CONTAMINADO POR FLUIDOS [illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]			
			kit de mangueras			Si		No	
			Filtro externo lateral 1050 I			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (89%-95%)	FLUJÓMETRO (0-5Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LC-SS)	[illegible]						OBSERVACIONES
	8000	6.7	93.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTTO correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	4h	Generó Alarma	No	X	Si		Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LC - SS)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LC-SS)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (89%-95%)	FLUJÓMETRO (0-5Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0"	[illegible]						[illegible]
	8016	6.6	91.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO	Marcela Patino G