OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Codigo: [illegible]
		Versión: 1 · Fecha Actualización: [illegible]
		Página 1 de 2

Fecha Remisión	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
[illegible]/22	165097	M Patino	

Codigo Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
NN-572B	19/8/22 2:00	20/8/22 11:30

EQUIPO CONTAMINADO [illegible]

			Kit de mangueras.			SI		No	
			2 mangueras de 57cm			SI		No	
			Filtro de aire.			SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (87%-96%)	FLUJÓMETRO (0-4lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	HUMEDAD	OBSERVACIONES
	2352	64	92.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mtto correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	✓	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	✓	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	✓	Malo					

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Con Sobrecalentamiento
Buenas		SI	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte.
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
	Tarjeta Principal				
	Regulador de Presión				

No.	Prueba [illegible]	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica actuación de alarmas (LL - L2 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica actuacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L2-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK.
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (87%-96%)	FLUJÓMETRO (0-4lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	HUMEDAD	OBSERVACIONES
	01	60	93.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado.

FIRMA MANTENIMIENTO: Marcela Patiño G.