OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Código	SAD-MAN-FR-005
		Versión: 1	Fecha Actualización: 02/08/2019
			Página 1 de 2

Fecha Remisión	11/8/22	Remisión #	166186	Auxiliar Mantenimiento	M Patiño	No. Orden	

Codigo Equipo	WN – 868B	Fecha Inicio	22/8/22 8:25	Fecha Fin	22/8/22	12:00

EQUIPO CONTAMINADO CON FLUIDO								
			Kit de mangueras			Si		No
			Filtro externo entrada (uso)			Si		No
			Filtro zeolite			Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Falla a 0" Litros								
	15959	61	93.2	Si	Si	Si	05	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Mtto correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 4.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E0)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E0)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		–
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Falla a 0" Litros							Aprobado
	[illegible]	6.1	95.2	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Marisela Patiño G