

OXPro **ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES**

Fecha Remisión: 19/08/22 Remisión a: 166186 Asesor Mantenimiento: MBARRINO

Código Equipo: NW 41308 Fecha Inic: 22/08/22 09:50 Fecha Fin: 22/08/22 11:00

Forma: SAC-MANTENIDA
Versión: 1 Fecha Actualización: 2008/01/16
Página 1 de 2

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAQA	SI	NO	FECHA INICIO APLICACIÓN	FECHA FIN APLICACIÓN
Protector de display Filtro externo lateral Filtro externo central NOVITA de placa (100)				

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA				RELLENA	FILTROS	MANT	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Fla	"Fla a 0"	TEST				0000	0001		Bueno	Mala
																MTO Preventivo
1. CILINDRO																
2. RUIDO EXTRAÑO																
3. ESTADO DE MANGUERAS																
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
7. CONTROL DE TEMPERATURA																
8. SISTEMA DE REFRIGERACION																

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulacion	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Carga Alternativa)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + L1-L2-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA				RELLENA	FILTROS	MANT	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Fla	"Fla a 0"	TEST				0000	0001		Bueno	Mala
																APROBADO
																PRIMA MANTENIMIENTO
																Verónica Barrino