



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 03
Código: SAC-AM-038-001
Versión: 1
Fecha Actualización: 02/03/14
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 27/03/12 Número: 1663A1 Auxiliar Mantenimiento: Mpatino

Código Equipo: NN-42893 Fecha Inicio: 13/08/12 11:40 Fecha Fin: 23/08/12 3:40

Kit de mangueras		SI	No
Filtro de aire		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No

En Mantenimiento	VOLUMETRO	PRESION	CONDENSADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PRUEBAS DE REFRIGERACION					
					Desconexión	Pila	Tiempo	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	
20263	999	8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Desarm Alarma		No	X	SI	Cuel				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
E. DAÑOS IDENTIFICADOS													
E. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buenos		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI		Con Refrigerante				

Mto
conectivo

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agotado o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Fuente

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Pila #2 (Carga Equilibrada)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-S2)	OK
2	Pila #3 (Módulo)	Se verifica activación de alarma visual y sonora (L20 fijo o L20 móvil) y (L1-L2-S2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

OK

En Mantenimiento	VOLUMETRO	PRESION	CONDENSADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PRUEBAS DE REFRIGERACION				
					Desconexión	Pila	Tiempo	Alarma	Alarma	Alarma	Alarma	
20263	999	8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PRIMA MANTENIMIENTO		Mano de Mto										

Aprobado

Mano de Mto