



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: OAD-0004/FR/008
 Versión: 1 Fecha Actualización: 20/06/2018
 Página 1 de 2

Fecha Mantenimiento: 23/07/22 Remolque # 1658330 Auxiliar Mantenimiento: M. Patino No. Orden: _____

Código Equipo: NN-205913 Fecha Inicio: 23/07/22 8:15 Fecha Fin: 23/07/22 9:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RUIDOS	CÓDIGO DE FALLAS	RUELAS	OBSERVACIONES			
					Descripción	Fla	"Flujo a 0"							
10284	9929	57	57	57	SI	ES	SI	SI	SI	SI	MHO Preventivo			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba	7h 45	Generar Alarma	No	1	SI	CAE?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	2	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	1	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Bu
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el se agito a fuerte	OK
6	Chica:		
7	Chica:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAE?	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAE?

No.	Prueba / Operación	Descripción	Resultado
1	Pila # 0 (Carga Españoles)	Se verifica activador de alarma (L1 - L2 - B3)	OK
2	Pila máxima	Se verifica activador de alarma visual y sonora (B3 Rojo o LED amarillo y (L1-L2-B3)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de flujo	Check el manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Chica:		
7	Chica:		
8	Chica:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RUIDOS	CÓDIGO DE FALLAS	RUELAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Fla	"Flujo a 0"				
10284	9928	57	57	57	SI	ES	SI	SI	SI	SI	Aprobado. Mariana Patino
FIRMA MANTENIMIENTO											