OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAS-MAN-R-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 00/00/0019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24/8/22 Remisión #: 166509 Auxiliar Mantenimiento: Mtolino No. Orden:

Codigo Equipo: NN-25 FRB Fecha Inicio: 24/8/22 8:15 Fecha Fin: 24/8/22 10:05

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: Si ___ NO ___ FECHA INICIO AISLAMIENTO: ___ FECHA FIN AISLAMIENTO: ___

						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (80% - 90%)	FLUJOMETRO (0-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4m)	Pila (0-4m)	"Flujo a 0" (0-4m)	RODILLAS (0 - 4m)	FILTROS (0 - 4m)	BASE (0 - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: Nivel (0 - 4m)	Alarma (0 - 4m)	RUEDAS (0-4m)
	1145	60	93	25	S	S	ES	S	S	S	S	S	S

OBSERVACIONES: MTO. PREVENTIVO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 24 Generó Alarma: No X Si ___ Cual? ___

2. RUIDO EXTRAÑO: Si ___ No X

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas ___

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo ___

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: ___

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno S Con Sobrecalentamiento ___

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: ___

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconectar línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (80% - 90%)	FLUJOMETRO (0-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4m)	Pila (0-4m)	"Flujo a 0" (0-4m)	RODILLAS (0 - 4m)	FILTROS (0 - 4m)	BASE (0 - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: Nivel (0 - 4m)	Alarma (0 - 4m)	RUEDAS (0-4m)
	1148	60	93	25	S	S	ES	S	S	S	S	S	S

OBSERVACIONES: Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Palacio G