OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	24/8/22	Remisión #	166509	Auxiliar Mantenimiento	M Patiño
No. Orden					
Codigo Equipo	DMW90815101	Fecha Inicio	24/8/22 7:30	Fecha Fin	24/8/22 10:00

EQUIPO CONTAMINADO [illegible]			[illegible]		[illegible]			
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Falla a F"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RUEDAS	OBSERVACIONES
	1065	7	92.8	SI	SI	SI	CS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mtto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3h	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otras:		
7	Otras:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba Terminación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	CS
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	CS
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
6	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Falla a F"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OBSERVACIONES
	1067	7	92.4	SI	SI	SI	CS	SI	SI	SI	SI	8	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Marcela Patiño