ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAO-MAN-FR-009
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/09/2014
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 8/8/22 Remisión #: 166091 Auxiliar Mantenimiento: MARIO No. Orden:

Código Equipo: AN-33216 Fecha Inicio: 28/8/22 11:10 Fecha Fin: 28/8/22 1:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

									SI		NO				
									SI		NO				
									SI		NO				
									SI		NO				
									SI		NO				
									SI		NO				
									SI		NO				

OBSERVACIONES:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (0-4 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1 lts)	Pila (0-1 lts)	"Flujo x 0" (LL/SS)	NIVEL (LL-L)	FILTROS (0-1 lts)	BASE (0 - 1 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (0-1 lts)	RUEDAS (0-1 lts)
	8917166	92.5	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES: MTO Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1h 10.	General Alarma	No	X	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	BUENAS				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	30
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - SS)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LS-SS)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (0-4 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1 lts)	Pila (0-1 lts)	"Flujo x 0" (LL/SS)	NIVEL (LL-L)	FILTROS (0-1 lts)	BASE (0 - 1 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - 1 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (0-1 lts)	RUEDAS (0-1 lts)
	8917166	92.5	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES: Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Wanda Patiño G.