



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: SAC-MANT-005
Fecha Actualización: 02/03/2014
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 21/01/22
Remisión a: 16/07/20
Auxilio Mantenimiento: M. Beltrán

Código Equipo: NW-3555B
Fecha Inicio: 21/01/22 11:00
Fecha Fin: 24/01/22 2:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA				FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Kit de mangueras					
2 Filtro externo lateral (6)					

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	CARGO	PLUMOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS	RUECAS	OBSERVACIONES				
					Desconexión	Fuga	"Fuga a 0"							
202	68945	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Colectivo				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3h		Genera Alarma		No	X	SI	Cuñ?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mala
5. DAÑO IDENTIFICADO														
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		8	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Salida Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Emisión	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Rujomano)	Se verifica activador de alarmas (L1 - L2 - E2)	OK
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (L1-L2-E2)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Conexión tarjeta de fuga	Desconecta tres eléctricas	OK
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de escape de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	CARGO	PLUMOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS	RUECAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fuga	"Fuga a 0"			
202	68945	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO: M. Beltrán										