



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SIC-2011-18-001
Versión: 1
Fecha Actualización: 02/02/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 20/08/22
Revisión: 166779
Auxiliar Mantenimiento: M. P. Latino
No. Orden: _____

Código Equipo: NW-43063
Fecha Inicio: 26/08/22 09:10
Fecha Fin: 26/08/22 09:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	FILTROS	MUEL	CODIGO DE BARRAS		RUEJAS	OBSERVACIONES
					Desconecta	Pila	Tiempo a P				Barra	Barra		
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto. Latino
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			1h 30	Caract. Alarma	No	X						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK OK OK OK OK OK OK
2	Puente de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuma	
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del Diagnóstico Identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 3 (Cierre Faltante)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3)	OK OK OK OK OK
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-02)	
3	Desconecta eléctrica	Ajusta alarma sonora	
4	Desconecta tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Ajusta nivel de presión de aire	Control manómetro de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	FILTROS	MUEL	CODIGO DE BARRAS		RUEJAS	OBSERVACIONES
					Desconecta	Pila	Tiempo a P				Barra	Barra		
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Mónica Britos
FECHA MANTENIMIENTO														