



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10  
Codigo: SAD-4404-R-205  
Version: 1  
Fecha Actualizaci: 02/06/2016  
Página 1 de 3

Fecha Recibido: 19/10/17  
Remision a: 166106  
Auxiliar Mantenimiento: m. Patino  
No. Orden: \_\_\_\_\_

Codigo Equipo: NN-4335B  
Fecha Inicio: 26/10/17 8:00  
Fecha Fin: 26/10/17 12:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO ABLAMIENTO	FECHA FIN ABLAMIENTO	
Kit de mangueras					SI	NO
filtro de aire					SI	NO
interruptor					SI	NO

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEJAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	PIA	"Flujo a F"	SECCION 1	SECCION 2	SECCION 3	SECCION 4				SECCION 5
1993	0894	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto correctivo

1. CILINDRO	2. RUIDO EXTRAÑO	3. ESTADO DE MANGUERAS	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA	
	Buenos	Bueno	SI

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	BU
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o farte	+ fuerte

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a F (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - SS)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LI-LO-SS)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Chequear manguera de salida de aire de compresor	OK

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEJAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	PIA	"Flujo a F"	SECCION 1	SECCION 2	SECCION 3	SECCION 4				SECCION 5
2524	6592	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO Mantoba Patino