ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 26/8/22 | Remisión #: 166719 | Auxiliar Mantenimiento: MPatino | No. Orden:

Codigo Equipo: DN2067078. | Fecha Inicio: 26/8/22 2114 | Fecha Fin: 26/8/22 3:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

SINTOMAS SOSPECHOSOS DURANTE EL PERIODO DE EXPOSICIÓN

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (3,5 Vdc)	RS-BUS485 (5 - Vac)	FILTROS (5 - Vac)	BASE (5 - Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VCC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - VCC)	RUEDAS (5 Vac)	OBSERVACIONES
	2607	86	9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento						

No.	Pruebas	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (3,5 Vdc)	RS-BUS485 (5 - Vac)	FILTROS (5 - Vac)	BASE (5 - Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VCC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - VCC)	RUEDAS (5 Vac)	OBSERVACIONES
	761	7	95	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño G