ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAO-MAN/FP-409
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2016
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: 27/8/21 | Remisión #: 166792 | Auxiliar Mantenimiento: MPatiño | No. Orden:

Código Equipo: NW – 3213 | Fecha Inicio: 29/8/21 10:00 | Fecha Fin: 29/8/21 1:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			interruptor						Si		No	
			Pto ext (lateral izq)						Si		No	
									Si		No	
									Si		No	
									Si		No	
									Si		No	
									Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (20% - 40%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Fuga a 0" (12-0)	BOLILLAS (5l - 6s)	FILTROS (5l - 6s)	BASE (5l - 6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 1-6)	CÓDIGO DE BARRAS: ALARMA (5l - 1-6)	RUEDAS (5l-6s)	OBSERVACIONES
	899	65	93s	5l	5	5l	05	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2h 50	Genero Alarma	No	X	Si	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X
						Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Fuga + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK.
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (20% - 40%)	FLUJOMETRO (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: "Fuga a 0" (12-0)	BOLILLAS (5l - 6s)	FILTROS (5l - 6s)	BASE (5l - 6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 1-6)	CÓDIGO DE BARRAS: ALARMA (5l - 1-6)	RUEDAS (5l-6s)	OBSERVACIONES
	8026	39	24	5l	5	5	05	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño