ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAC-MAN-FR-020
Versión: 1	Fecha Actualización: 30/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 29/8/17 | Remisión #: 16897 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

Código Equipo: NN-10248 | Fecha Inicio: 30/8/17 9:00 | Fecha Fin: 30/8/17 10:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

			Kit de mangueras								Si		No		
			manguera stem.								Si		No		
											Si		No		
											Si		No		
											Si		No		
											Si		No		
											Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5l-40l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-40l)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-40l)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SENSORES (5l - 40l)	FILTROS (5l - 40l)	BASE (5l - 40l)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 40l)	CÓDIGO DE BARRAS: AUXILIAR (5l - 40l)	RUIDOS (5l-40l)	OBSERVACIONES
	6507	955	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	MTTO Correctivo

1. CICLADO		Tiempo de la prueba	1h 46		Generó Alarma	No	X	SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno: Si — Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5l-40l)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-40l)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-40l)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SENSORES (5l - 40l)	FILTROS (5l - 40l)	BASE (5l - 40l)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 40l)	CÓDIGO DE BARRAS: AUXILIAR (5l - 40l)	RUIDOS (5l-40l)	OBSERVACIONES
	6516	4953	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	APROBADO

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuel Patino