OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-TR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 30/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 27/8/22 | Remisión #: 166792 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-818B | Fecha Inicio: 30/8/22 9:10 | Fecha Fin: 30/8/22 1:30.

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

			Kit de mangueras			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Hrs)	Pila (Hrs)	"Flujo a 0" (LL-LO)	SELLAS (5-6m)	FILTROS (5-6m)	BASE (5-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5-6m)	MANUAL (5-6m)	RUEDAS (5-6m)	OBSERVACIONES
	26667	62	933	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mato conectivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 4h 20. | Generó Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno SI | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-6m)	Pila (5-6m)	"Flujo a 0" (LL-LO)	SELLAS (5-6m)	FILTROS (5-6m)	BASE (5-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5-6m)	MANUAL (5-6m)	RUEDAS (5-6m)	OBSERVACIONES
	26668	62	949	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino