



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10
Código: BAS-44-001R-005
Versión: 1
Fecha actualizada: 10/06/2018
Página 1 de 2

Fecha: 20/12/2017
Número: 166279
Auxiliar: M. P. Latorre
Código Equipo: NN-73483
Fecha Inicio: 20/12/2017
Fecha Fin: 31/12/2017 10:00

| Equipo con Armado | Parte | Estado | Si | No |
|--------------------------|-------|--------|----|----|
| - kit de manchetas | | | | |
| - punta hexagonal amilts | | | | |
| - amilts | | | | |

En Mantenimiento: 101666888

PRUEBAS DE ALARMA

| PRUEBA | SI | NO | OTRO |
|-----------------------------|--------|-------|------|
| 1. CICLADO | SI | NO | X |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | NO | X |
| 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | Malas | X |
| 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | Malo | X |
| 5. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buenas | | |
| 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | | SI |

MTTO CONCENTRADO

| Nº | Prueba | Descripción | Resultado |
|----|----------------------|---|-----------|
| 1 | Batería Pila S.E.V | Verificar voltaje de la pila | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido al ser agitado o fuerte | OK |
| 6 | Clase: | | |
| 7 | Clase: | | |

fuerte

| CICLADO | DESCONEXION | QUART | COSETO | EVOLUCION | QUART |
|---------|-------------|-------|--------|-----------|-------|
| | | | | | |

| Nº | Prueba / Descripción | Descripción | Resultado |
|----|-------------------------------|--|-----------|
| 1 | Pila # 0 (Clase Fijavero) | Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - S2) | SI |
| 2 | Pila Maestro | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-S2) | OK |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de aire | Control manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Clase: | | |
| 7 | Clase: | | |
| 8 | Clase: | | |

En Mantenimiento: 101665982

PRUEBAS DE ALARMA

| PRUEBA | SI | NO | OTRO |
|-----------------------------|--------|-------|------|
| 1. CICLADO | SI | NO | X |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | NO | X |
| 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | Malas | X |
| 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | Malo | X |
| 5. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buenas | | |
| 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | | SI |

APROBADO

FIRMA MANTENIMIENTO: Mónica P. Latorre