OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 25/8/22 | Remisión #: 166606 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

Codigo Equipo: NAI-4002B | Fecha Inicio: 31/8/22 8:00 | Fecha Fin: 31/8/22 9:45

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMAS SUMINISTRO (PARADAS DE SERVICIO)

								SI		No		
								SI		No		
								SI		No		
								SI		No		
								SI		No		
								SI		No		

En Mantenimiento	MONÓMETRO (PSI)	PRESIÓN (> 7 PSI)	OXIGENO (20% - 60%)	FLUJOMETRO (5-15L)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-15L)	Pila (5-15L)	"Fluja a 0" (LED)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	GASE (SI / No)	CODIGO DE BARRAS: GASE (SI / No)	CODIGO DE BARRAS: MANILLA (SI / No)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
1127	63	93.2	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1:45	General Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
6. DAÑOS IDENTIFICADOS													
8. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 8.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido el es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fluja = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	SI
2	Fluja Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL/LO-EE)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sobre de fluja	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	MONÓMETRO (PSI)	PRESIÓN (> 7 PSI)	OXIGENO (20% - 60%)	FLUJOMETRO (5-15L)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-15L)	Pila (5-15L)	"Fluja a 0" (LED)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	GASE (SI / No)	CODIGO DE BARRAS: GASE (SI / No)	CODIGO DE BARRAS: MANILLA (SI / No)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
1127	66	91.75	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: M Moda Patino