

Fecha Recepción: _____ Recepción: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **MN-2924 B** Fecha Inicio: **03/02/22** 9:09 Fecha Fin: **03/02/22** 10:58

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA SI: _____ NO: **X** **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	SABO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTA	RESPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEGAS	OBSERVACIONES		
					Descripción			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS							
					Desconexión	Pila	"Fujo a E"				SABO	MANEJO	RUEGAS					
13/19	5.9	62.5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mont. Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Genera Alarma		No	Si	X	Cuaf	E1							
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	5. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento								
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	agudo
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Plugueo tubo Refrigeración	1			
	Torniz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fufo + D (Cierre Respiratorio)	Se verifica activación de alarma (L1 - L3 - E3)	Es
2	Fufo Vacuo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo A LED amarillo y (L1-L3-E3)	Es
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de fufo	Desconexión alarma electrónica	Activo
5	Activación de válvula de aire	Obtención manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEGAS	OBSERVACIONES		
					Descripción			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS							
					Desconexión	Pila	"Fujo a E"				SABO	MANEJO	RUEGAS					
13/19	61	91.0	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento
PRIMA MANTENIMIENTO: <i>Wilmer G.</i>																		