ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Codigo	GADI-MAN-FR-028
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2019
	Pagina 1 de 2

Fecha Remision		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MV-36618	Fecha Inicio	03/02/22 9:02	Fecha Fin	03/02/22 10:48

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

EVALUACION ELECTRONICA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hz)	Pila (5 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 Hz)	FILTROS (5 Hz)	BASE (5 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (5 Hz)
	14461	6.5	95.5	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5

OBSERVACIONES: Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	Si X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION

Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno: 5 ; Con Sobrecalentamiento:

EVALUACION ELECTRONICA

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

EVALUACION ELECTRONICA

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

EVALUACION ELECTRONICA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Hz)	Pila (5 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 Hz)	FILTROS (5 Hz)	BASE (5 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (5 Hz)
	14462	6.3	94.8	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5

OBSERVACIONES: Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.