OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	DAD-MAN-FR-006
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	AN-403B	Fecha Inicio	03/22/22 11:06	Fecha Fin	03/22/22 13:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Sustrato encendido	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (20% - 94%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (4.5-5)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 5m)	BASE (5l - 4m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4D)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4D)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	10603	6.2	94.3	5l	5l	5l	E5	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 Hrs 4	Genero Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		5l	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.80
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo < 5 (Clarra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E5)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (L1-L2-E5)	F.O
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión ranura de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Destruir mangueras de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (20% - 94%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (4.5-5)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 5m)	BASE (5l - 4m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4D)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4D)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	10606	6.2	93.2	5l	5l	5l	E5	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.