ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

FORMATO	
Código:	GAO-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NW-545B | Fecha Inicio: 07/02/23 9:47 | Fecha Fin: 07/02/23 11:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI: | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO CONDICIONES DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXÍGENO (88% - 93%)	FLUJÓMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Alta (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" LO-ES	RUEDILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si - No)	RUEDAS (Si - No)	OBSERVACIONES
	9870	6.1	92.4	5l	5:	5:	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	No X	Si	Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK / Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: Seguridad: Bajo pureza.

REPUESTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LA - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES)	LO
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Buenas
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Buenas
7	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXÍGENO (88% - 93%)	FLUJÓMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Alta (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" LO-ES	RUEDILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si - No)	RUEDAS (Si - No)	OBSERVACIONES
	9832	6.0	92.0	5l	5:	5:	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correctivo / Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G