



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAD-MAINT-028  
Versión 1 Fecha Actualización 02/03/16  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Ramo: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_  
 Código Extern: **N-3915B** Fecha Inic: **07/12/12** 9:49 Fecha Fin: **07/12/12** 12:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION		CANTIDAD	SI REPORTE	REPORTE CAMBIADO
	X		Baje		1		S X No
							S No
							S No
							S No
							S No
							S No
							S No
							S No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Descripción			ALARMA	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS			
					Placa	"Flujo a 0"	Flujo				BASE	MARCA				
	1102	6.2	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Mont. Correctivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas		Genera Alarma		X								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena					4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (L1-L2-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Correcto
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Correcto
5	Activación de vibración de placa	Operar manguera de salida de aire de concentrador	Correcto
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
					Descripción			ALARMA	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					Placa	"Flujo a 0"	Flujo				BASE	MARCA			
	1102	6.2	94.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Correcto Fomocromico

FIRMA MANTENIMIENTO: *W. Hernandez*