ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Código	SAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3211B | Fecha Inicio: 09/12/22 9:12 | Fecha Fin: 09/12/22 10:58

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO CON FALLA DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL. APORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AJUSTES Y MANTENIMIENTOS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (5 lpm)	FILTROS (5 lpm)	BASE (5 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (5 - MD)	RUEDAS (5 lpm)	OBSERVACIONES
	7525	6.4	95.0	5	5	5	LO	5	5	5	NO	5	5	Mant. Correcto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 min	Genera Alarma	No [ ]	Si [X]	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [ ]	Malas [X]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] / Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser ajustado o fuera	OK fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado: Manguera suelta, se ajusta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (Lo, L0-03)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión retirada de flujo	Desconecte cnxa eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (5 lpm)	FILTROS (5 lpm)	BASE (5 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (5 - MD)	RUEDAS (5 lpm)	OBSERVACIONES
	7526	6.1	94.6	5	5	5	LO	5	5	5	NO	5	5	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G