ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-000
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 7F5AB2A902029 | Fecha Inicio: 08/02/22 7:33 | Fecha Fin: 08/02/22 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

SISTEMA REPORTADO OPORTUNO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR INCIDENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lts)	Pila (5 lts)	"Flujo x 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 lts)	FILTROS (5 lts)	BASE (5 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUE. (50 - 60)	RUEDAS (5 lts)	OBSERVACIONES
	5104	6.9	94.7	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generic Alarma	X	SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al se agudo o fuerte	OK
6	Otros:		prueba
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo bloqueo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tanque de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJÓMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lts)	Pila (5 lts)	"Flujo x 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 lts)	FILTROS (5 lts)	BASE (5 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUE. (50 - 60)	RUEDAS (5 lts)	OBSERVACIONES
	5104	6.9	93.8	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G