ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OAZ-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-4214B | Fecha Inicio: 08/02/22 7:34 | Fecha Fin: 08/02/22 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLUVIA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	DESGASTE	Descripción	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			Protector Display	1		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES CAUSA POR PACIENTE

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	CÓDIGO (0.75 - 6PSI)	FLUJÓMETRO (0-4Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4Lpm)	Pila (0-4Lpm)	"Pitido a 5" (LL-LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	GABS (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: GABS (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	4276	5	1552	5	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3min	Generó Alarma	No		Si X	Cual?	E1
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion de diagnósticos identificados

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Remplazo tubo refrigeración	1			
	Remplazo Tornillo	2			
	Remplazo Tornillo	2			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Flujómetro (Sonda flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Pila Interna	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión válvula de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	CÓDIGO (0.75 - 6PSI)	FLUJÓMETRO (0-4Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4Lpm)	Pila (0-4Lpm)	"Pitido a 5" (LL-LO-ES)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	GABS (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: GABS (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	4280	6	1951	5	5	5	ES	SI	5	S	NO	S	S	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G