



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GDM-MH-FR006  
Fecha Actualización: 03/06/2016  
Página 1 de 2

Fecha Emisión: \_\_\_\_\_ Revisión: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_  
 Código Equipo: \_\_\_\_\_ Fecha Inicio: **10/02/22** Fecha Fin: **10/02/22** No. Orden: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: **10/24** FECHA FIN AISLAMIENTO: **11/58**

FALLA	BI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBILLAS	FILTROS	MASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	PIA	"FOLD & F"				20-00	20-01	20-02		
2022	6294.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		99min			Gener. Alarma	X								
2. RUJIDO EXTRAÑO															
3. ESTADO DE MANGUERAS															
4. DADOS IDENTIFICADOS															
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno														
6. CONTROL DE TEMPERATURA															
7. SISTEMA DE REFRIGERACION															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pta S.S V	Se verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si en agudo o fuerte	OK
6	Otro:		parte
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Mangueras tamaño 2	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión flujo electrónica	
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguero de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBILLAS	FILTROS	MASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	PIA	"FOLD & F"				20-00	20-01	20-02		
2022	6293.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *Wilmar*