



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
020-340474-003
Versión 1 Fecha Actualización: 05/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Realización: _____ Revisiones #: _____ Auxiliar Mantenedores: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MW 720B** Fecha Inicio: **12/07/2022 7:28** Fecha Fin: **12/07/2022 9:10**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: _____ NO: **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FECHA	USUARIO	CONSEJO	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	CANTIDAD	RESERVA	RESULTADO - LIMPIADO

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	ORIBENIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (B-4)	Pila (B-6)	"Flujo a 0" (B-5)				B-4	B-5	B-6		
7061	5.5	5.0	5.0	5.0	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	7061. Conectado
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 min		Generó Alarma		No		Si		X		Cual? EI	
2. RUBIO EXTRAÑO		Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bx6 Malo	
5. DATOS IDENTIFICADORES															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		Si		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica control mecánico del equipo	OX
3	Coexistencia eléctrica	Se verifican las condiciones eléctricas del equipo	OX
4	Coexistencia electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	parte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo)	Se verifica activación de alarmas (B-1 - B-2)	Si
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED azul) y (B-1-B-2)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	parte
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	ORIBENIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (B-4)	Pila (B-6)	"Flujo a 0" (B-5)				B-4	B-5	B-6		
7062	6.7	9.6	5.0	5.0	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	7062. Conectado a la fuente
FIRMA MANTENIMIENTO															
Wlmar G.															