ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MMU-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 01/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

DE NOTIFICACIONES DE EQUIPO CONTAMINADO

Codigo Equipo	NN-4916B	Fecha Inicio	11/02/22 11:33	Fecha Fin	12/02/22 8:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA HOSPITALARIO CONTAMINADO DE SEVICIO

AREA	EDIFICIO	CLASE CAMA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVO FIJO	EQUIPO CAMBIADO			
			filtro Lateral Cpeggy tel	1		Si	0	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (94% - 97%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5~ Seg)	Pila (10 Seg)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5~ Seg)	FILTROS (5~ Seg)	BASE (5~ Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5~ Seg)	MANIJA (5~ Seg)	RUEDAS (5~ Seg)	OBSERVACIONES
	9705	6.2	94.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Man/ Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	Lo
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bien		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bien		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila (LL V	Verifica voltaje de la pila	4.9v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tarjeta flujo				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (94% - 97%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5~ Seg)	Pila (10 Seg)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5~ Seg)	FILTROS (5~ Seg)	BASE (5~ Seg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5~ Seg)	MANIJA (5~ Seg)	RUEDAS (5~ Seg)	OBSERVACIONES
	9705	6.2	93.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO