

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: SAC-0001-FR-008 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/05/2018 Página: 1 de 2	
Fecha Recepción	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento		No. Orden			
Código Equipo	AN-2231B		Fecha Inicio	17/02/22 10:29	Fecha Fin	17/02/22 13:57	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
TIPO	CANTIDAD	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN

En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESION	CONCENRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTROS	NAUF	CODIGO DE BARRAS		SUEDAS	OBSERVACIONES	
	0-7 PSI	0-15 PSI	0-15 PSI	0-100	Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a 0" (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	BASE (SI/NO)	MANGA (SI/NO)	SI/NO		
9445	5.0	57.0	SI	SI	SI	SI	65	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont.	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 min		Genero Alarma		No				Cust?		SI	
2. RUEDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		No		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SA	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Bueno		T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión remanente del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Regulador presión	1			
	Regulador temperatura	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cerrar Fajinetas)	Se verifica activación de Alarmas (L1 - L5 - E5)	SI
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L5-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión teja de fuga	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Operar mangonera de alivio de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESION	CONCENRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAS	FILTROS	NAUF	CODIGO DE BARRAS		SUEDAS	OBSERVACIONES
	0-7 PSI	0-15 PSI	0-15 PSI	0-100	Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a 0" (SI/NO)	SI/NO	SI/NO	SI/NO	BASE (SI/NO)	MANGA (SI/NO)	SI/NO	
9448	6.2	64.2	SI	SI	SI	SI	65	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Firma Mantenimiento
														Firma Corrector