ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-020
Versión: 1	Fecha Actualización: 30/06/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-847B	Fecha Inicio	14/02/22 7:57	Fecha Fin	14/02/22 13:56

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALTA	SOBRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
	X		Pilla Lateral	1		Si X	No
			Base	1		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

SINTOMA REPORTADO/OBSERVACIONES DE ENTRADA

DIAGNOSTICO REALIZADO/ACTIVIDADES REALIZADAS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RIGIELLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	31109	4.7	30.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	NO	Si	Si	Si	Mant. Correcto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		General Alarma	No		Si X		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	Mantenimiento Compresor

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tamiz	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RIGIELLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	31135	6.2	93.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO