



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
COP-001-FB-002
Versión 1
Fecha Actualización: 05/05/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Revisión: _____ Acortar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **SN0194196** Fecha Inicio: **14/02/22 11:57** Fecha Fin: **14/02/22 14:10**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	CANTIDAD	RECURSOS	REPUERTO	COMBUSTIBLE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CAUDALO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
En	2405	6.4	91.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	NA	Si	Si	Mont. preventivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		1 hora	Generó Alarma		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4. DAÑOS IDENTIFICADOS															
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Si	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Fila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo/abre)	Se verifica activación de alarmas (AL - LD - CE)	N/A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (AL-LS-ES))	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Clicar mangonera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CAUDALO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLenos	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
En	2406	6.3	90.4	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	NA	Si	Si	Fuera de conexión Firma Mantenimiento Wilder G.	