ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	IMO-MMN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

Codigo Equipo	NN-1838B	Fecha Inicio	16/3/22 7:31	Fecha Fin	16/3/22 9:11

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ACEA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	REQUIERE CAMBIO		
			Switch encendido	1		Si	X	No
			Lateral	1		Si	X	No
			F. Central	1		Si	X	No
			Lateral (Repark)	1		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DESCRIPCION DE LA SOLUCION IMPLEMENTADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	Pila (5V-Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V - Hz)	FILTROS (5V - Hz)	BASE (5V - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V - Hz)	RUEDAS (5V Hz)	OBSERVACIONES
	14677	62	91.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Genera Alarma	NO	SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		N/A X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	Pila (5V-Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V - Hz)	FILTROS (5V - Hz)	BASE (5V - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V - Hz)	RUEDAS (5V Hz)	OBSERVACIONES
	14677	60	90.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer