



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OGD-MAN-FR-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 02/03/2019
Página: 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Revisión # _____ Aux/Br. Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Identificación del Equipo
Codigo Equipo: **M-29303** Fecha Inicio: **16/02/20** 9:50 Fecha Fin: **16/02/20** 11:20

Equipo contaminado por posible fuga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA / DAÑO IDENTIFICADO	CANTIDAD	REPORTE	REPARACIÓN CAMBIADA
Switch encendido	1		X
			SI
			NO
			SI
			NO
			SI
			NO
			SI
			NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	GASERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUELLAS	FILTROS	BASC	CÓDIGO DE BARRAS		BUZAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BAJO (SI/NO)	ALTA (SI/NO)				
	591	6.186.2	5		SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI		Man. Correcto		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		No								NO		
2. RUÍDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena								4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES					Puros		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o forzado	parte
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
Tami 8		2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (SL - LO - ES)	NO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LO-ES)	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	GASERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUELLAS	FILTROS	BASC	CÓDIGO DE BARRAS		BUZAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				BAJO (SI/NO)	ALTA (SI/NO)		
591	6.1	94.9	SI		SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI		Personera Correctamente Firma Mantenimiento: <i>Wilmar G</i>