



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OAD-MA2-FR-005
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2010
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **M-2942B** Fecha Inicio: **17/02/12 9:30** Fecha Fin: **17/02/12 11:06**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

ÁREA	CANT.	CLASE	CANT.	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAJES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flejo a 0"				BASE (01-100)	MAQUINA (01-100)	RUEDAS (01-100)				
16119	6.1	922	Li	Si	Si	Es	Si	Si	Si	NO	Si	Si			Mant. Picuente		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma	No											
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	X		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X						4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Ver
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera 1/2"	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Clase Flujo/metro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAJES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flejo a 0"				BASE (01-100)	MAQUINA (01-100)	RUEDAS (01-100)		
16119	6.1	91.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si			Prueba Correctamente

Firma Mantenimiento: *[Signature]*