



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 0  
GAD-MA-M-PR-001  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 03/06/09  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **M-20743** Fecha Inicio: **18/02/22 7:27** Fecha Fin: **18/02/22 10:50**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns for equipment type, location, and status. Includes handwritten note: **Switch encendido**

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLEJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: **Plant. Correctas**, **puero**, **Si**

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes handwritten results: **Si**, **OK**, **OK**, **OK**, **parte**

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: **1amir 2**

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes handwritten results: **ES**, **LO**, **OK**, **OK**, **OK**

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLEJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: **Funciona Correctamente**, **W. B. G.**