ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-808
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	MN-12318	Fecha Inicio	22/02/22 9:22	Fecha Fin	22/02/22 10:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ALTA	BAJO	ESTADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

SISTEMA CONCENTRADOR DE OXIGENO

En Mantenimiento	HIDROMETRO (%Hr)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (0-5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Min)	Pila (0-1Hrs)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BAZE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: ESTADO (BUENO - MALO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	1484	6.7	94.2	5	5	5	EI	5	SI	1	NO	SI	S	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.6, V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO (%Hr)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (0-5Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Min)	Pila (0-1Hrs)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BAZE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJO (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: ESTADO (BUENO - MALO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	1485	6P	91.2	5	5	1	EE	5	5	5	NO	SI	N	Funciono Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO