

Fecha Revisión: _____ Revisión: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NW-9498** Fecha Inicio: **22/02/22** 7:54 Fecha Fin: **22/02/22** 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PLAGA	DAÑO					

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RUIDOS	CÓDIGO DE BARRAS			OBSERVACIONES
					Desconexión (E-1)	Pila (E-2)	"Flujo a 0" (E-3)		BASE (E-10)	BASE (E-11)	BASE (E-12)	
2008	6.5	94.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mad. Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min	Genero Alarma		NO	SI	Cual?			
3. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES												
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI		Días Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (E-10 - E-11)	OK
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y E-10 - E-11)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Operar manivela de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RUIDOS	CÓDIGO DE BARRAS			OBSERVACIONES
					Desconexión (E-1)	Pila (E-2)	"Flujo a 0" (E-3)		BASE (E-10)	BASE (E-11)	BASE (E-12)	
2008	6.5	94.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Financiera Correctamente Valeria G.