



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MAN-PR-008
Versión: 1
Fecha Actualización: 04/04/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remitido #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **SN 014 6780** Fecha Inicio: **22/02/22 9:09** Fecha Fin: **22/02/22 10:20**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALTA	CANT.	DESCRIPCIÓN	SI		NO	
			SI	NO	SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RELLAS	FILTROS	UNICE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"						104	105	106		
					(1-10)	(1-11)	(1-12)	(1-13)	(1-14)	(1-15)	(1-16)								
M610				Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si						Plant. pendiente
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		3 horas		Gener. Alarma		OK		Si		Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		OK		Motas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		OK		Moto				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Si		Con Sello/contaminado								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte.	OK
6	Clave:		park
7	Clave:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - B2)	N.A
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (L1-L2-B2)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Operación manopla de salida de aire de compresor	OK
6	Clave:		
7	Clave:		
8	Clave:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RELLAS	FILTROS	UNICE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"						104	105	106		
					(1-10)	(1-11)	(1-12)	(1-13)	(1-14)	(1-15)	(1-16)								
M612				Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si						Fuente Correctamente W. L. G.
FORMA MANTENIMIENTO																			